

**Laboratorium „AGRO ADVICE” Jakub Wilk
ul. 1 Maja 21
97-300 Piotrków Tryb..**

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Piotrkowie Trybunalskim
Aleja 3-go Maja 8
fax 44 647 76 26; tel. 44 649 50 63

DECYZJA Nr 5/19

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 1 i 4, art. 12a ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 Kpa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim
zatwierdza Laboratorium „AGRO ADVICE” Jakub Wilk, ul. 1 Maja 21 w Piotrkowie Tryb. do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie następujących parametrów:

- odczyn pH – metodą badawczą PN-EN ISO 10523: 2012, zakres: 2-9,2 pH
- przewodność – metodą badawczą PN-EN 27888: 1999, zakres: 100-2500 μ S/cm
- jon amonu – PN-ISO 7150-1:2002, zakres: 0,04-6,5 mg/l
- azotany – metodą badawczą PN-82/C-04576.08, zakres: 0,1-50 mg/l
- azotyny – metodą badawczą PN-EN 26777: 1999, zakres: 0,01-2 mg/l
- chlorki - metodą badawczą PN- ISO 9297:1994, zakres: 6-250 mg/l
- żelazo – metodą badawczą PN- ISO 6332:2001, zakres: 0,02-3 mg/l
- twardość - metodą badawczą PN- ISO 6059:1999, zakres: 10-500 mg/l
- utlenialność $KMnO_4$ - metodą badawczą PN-EN ISO 8467:2001, zakres: 0,5-10 mg/l

do dnia 31 grudnia 2019 roku.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w ramach posiadanych uprawnień zapoznał się z wnioskiem „AGRO ADVICE” Jakub Wilk, ul. 1 Maja 21, 97-300 Piotrków Tryb. z dnia 18.12.2018r., protokołem kontroli z dnia 18.01.2019r., nr HK/20/4/19 oraz załączoną dokumentacją obowiązującą zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w następstwie powyższego orzekł jak powyżej.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie.

Na podstawie art. 127a § 1 Kpa z dniem doręczenia decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. stronie, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do jego wniesienia.

Decyzja w tym przypadku staje się ostateczna i prawomocna, co daje tym samym brak możliwości jej zaskarżenia do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i złożenia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Do wiadomości:
ŁPWIS w Łodzi
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie Trybunalskim
Elżbieta Dobrzyńska